Утвърждавам
31.07.2018г.
Управител:

П Р О Т О К О Л

за разглеждане и оценка на офертите

Днес 21.07.2018г. в гр.Мадан назначената със заповед № РД-08-88 от 04.07.2018г. на Управителя на МБАЛ„Проф.д-р К.Чилов"–ЕООД–Мадан комисия за разглеждане и оценка на офертите, за доставка на ехограф, в състав:

Председател:	Юлия Карева	-счетоводител
Членове:	Мариана Дамянова	- специалист ЧР
	Севдалин Керменов	- юрист
	Д-р Ваня Вълчева	- началник на отделението по ВБ
	Д-р Пламен Симеонов	- началник на отделение по НБ

Комисията заседава във времето от 11.07.2018г. до 21.07.2018г., в който период бяха разгледани постъпилите оферти, относно съответствието им с условията на възложителя, съгласно Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с № 9077430 в РОП.В процеса на работата комисията направи следните констатации:

I.Участникът"Медицинска Техника Инженеринг" ООД гр.София е представил оферта отговаряща на условията поставени от възложителя, поради което комисията допуска до участие кандидата.

II. От приложената документация и техническа спецификация на участника"Елпак–лизинг" ЕООД гр.Варна се установи, че предложението на участника не отговаря на минимално заложените от Възложителя изисквания, а именно:

1. Ехографската системата следва да притежава LED дисплей с възможност за въртене ≥ ±80°, а участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД е посочил въртене наляво надясно -60° до 60°, което е в несъответствие с минимално изискваните параметри от Възложителя;
2. Изискване на Възложителя е оферираната апаратура да бъде с ширина <55 см, а участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД е посочил ширина на предлаганата от него апаратура 586 мм, което е в несъответствие с минимално изискваните параметри от Възложителя;
3. Изискване на Възложителя е наличие на минимум пет коригиращи се поставки за различни трансдюсери, а участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД е посочил 4 холдера за трансдюсери, което е в несъответствие с минимално изискваните параметри от Възложителя;
4. Изискване на Възложителя е наличие на минимум 6 USB 2.0 входа за трансфер на данните, а участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД е посочил USB 2.0x4,което е в несъответствие с минимално изискваните параметри от Възложителя;
5. Изискване на Възложителя е ехографа да поддържа експортиране на данни във формати: AVI, TIFF, DICOM, PDF, RTF, JPG, а в приложеното техническо предложение от участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД липсват форматите, DICOM и RTF,което е в несъответствие с минимално изискваните параметри от Възложителя;
6. Изискване на Възложителя е наличие на ЕКГ интерфейс в апарата с регулируемо усилване и позиция на ЕКГ сигнала върху екрана. Да поддържа показване на сърдечна честота и респираторна функция. В приложеното техническо предложение от участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД липсват всякакви данни за показване на

сърдечна честота и респираторна функция, което е в несъответствие с минимално изискваните параметри от Възложителя;

7. В приложеното техническо предложение от участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД не са посочени минимално изискуемите технически параметри по почти всички изискуеми от Възложителя показатели, а именно:
   - Големина и параметри на сензорния екран за управление към апарата;
   - Консумация на електроенергия с включените периферни устройства;
   - Честотен диапазон на системата;
   - Параметри на изискуемите трансдюсери;
   - Подробни данни за изисквания софтуер за еластография с количествено изобразяване относителната скованост на тъканта и;
   - Устройство за подгряване на ултразвуковия гел с LED индикация и минимум три степени за настройка на температурата;
   - Наличие на софтуер за напълно автоматизирано изчисляване фракция на изтласкване, обем на крайна диастола и обем на крайна систола;
   - Наличие на бутон за автоматична оптимизация на сивата скала, базовата линия и скалата в доплер режим;
   - Наличие на HD zoom с детайлна резолюция за определен регион на интерес;
   - Наличие на вградени предварителни настройки за образна диагностика, зависими от прегледа и трансдюсера и наличие на възможност за конфигуриране на минимум 125 потребителски настройки на параметрите

   Комисията на основание чл.107 т.2 буква „а"от ЗОП отстранява от процедурата участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД" гр.Варна, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

III.Участникът "Алмасоник" ООД гр.София е представил оферта отговаряща на условията поставени от възложителя, поради което комисията допуска до участие кандидата.

IV.Комисията пристъпи към класиране на допуснатите до участие кандидати "Медицинска Техника Инженеринг" ООД гр.София и "Алмасоник" ООД гр.София.

Комисията класира на първо място участника "Медицинска Техника Инженеринг" ООД гр.София, който е предложил най-ниска цена.

На второ място комисията класира "Алмасоник" ООД гр.София, който е предложил по-висока цена от тази на участника класиран на първо място.

КОМИСИЯ: 1.....

/Ю.Карева/

2.....
/ М.Дамянова /

3.....
/С.Керменов/

4.....
/ д-р В.Вълчева/

5. .....
/д-р П.Симеонов/